



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE (CERME)



Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Crédit IDA 6512-TG & Don IDA (Banque Mondiale)

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

AAON N° 04B/2023/UI/PRMP/CERME/1DA du 18 juillet 2023

Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME

01. Le présent Avis Appel d'Offres National (AAON) fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) de l'Université de Lomé, paru dans le quotidien national d'information (Togo-Presse) N° 11491 du 28 février 2023.

02. Le Gouvernement de la République Togolaise a sollicité et obtenu de l'Association Internationale de Développement (IDA) du crédit N° 6512-TG aux fins de la mise en œuvre du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME) et a l'intention d'utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du marché : « Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME ».

03. L'Université de Lomé (UL), à travers le Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME), sollicite des documents de soumissions (cachetés) sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l'installation des équipements, matériels et accessoires (ainsi que des services connexes) de laboratoires au titre du marché sus décrit en deux (02) lots :

➤ Lot 1 : Fourniture et installation des équipements et matériels de Laboratoires et divers accessoires pour les matériaux et l'électricité renouvelable au profit du CERME et ;

➤ Lot 2 : Fourniture et installation des équipements pédagogiques, de recherche, de prestations de service du génie électrique et divers accessoires inhérents au profit du CERME.

Les variantes ne sont pas autorisées conformément à la clause IS 13.1 du DPAON.

Le délai d'exécution des prestations est de six (06) mois au maximum et court quinze (15) jours à compter de la réception par l'Entrepreneur de l'Ordre de Service de démarrer les prestations émis par l'Autorité Contractante.

04. La passation du marché sera conduite par un appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics en vigueur au Togo et suivant les Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d'investissement de la Banque Mondiale.

05. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance du Dossier d'Appel à Concurrence (DAC) à l'adresse mentionnée ci-après, entre 08 h 00 et 12 h 00 et 15 h 00 GMT et 17 h 00 GMT tous les jours ouvrables :

Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32 45/90 54 62 58, E-mail : prmp_ul@univ-ul.tg et cerme_ul@univ-lome.tg / www.cerme-togo.org.

06. Les exigences en matière de qualifications sont, en dehors des conditions légales de l'entreprise/société, les critères minima de qualification suivants :

06.1. Capacité financière,

- avoir une moyenne des chiffres d'affaires des années 2020, 2021 et 2022 supérieure ou égale à au moins 0,5 fois le montant de l'offre financière. Le soumissionnaire devra joindre à son offre toute preuve (états financiers certifiés par des experts comptables ou comptables agréés) des années 2020, 2021 et 2022.

- justifier de facilités de crédit bancaire ou d'avoir

liquide correspondant à au moins zéro virgule cinq (0,5) fois le montant de son offre proposée au titre du présent marché.

NB1 : Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l'impossibilité de fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2020, 2021 et 2022) exigés sont autorisées à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif distinct de l'attestation de capacité financière.

06.2. Capacité technique, expérience et personnel clé,

- avoir exécuté au moins deux (02) marchés liés aux fournitures de nature et de complexité similaires (équipements de laboratoires) au cours des dix (10) dernières années dont un (01) au moins portant sur des équipements de laboratoires de recherche ou pédagogiques.

A cet effet, le soumissionnaire doit joindre à son offre la liste des marchés exécutés et copie de toute preuve (attestations de bonne exécution ou procès-verbaux de réception) montrant qu'il a exécuté lesdits marchés ;

- disposer d'un Technicien de niveau minimum (BAC+2) en Génie électrique ou équivalent, disposant d'une expérience professionnelle d'au moins trois (03) ans en qualité de Technicien dans le domaine de l'électricité ou équivalent et ayant capitalisé au moins une (01) expérience (avec succès) en matière d'installation, de mise en marche, d'entretien et formation relative à l'acquisition et à la livraison d'un groupe électrogène (de nature et de complexité similaires) au cours des dix (10) dernières années.

06.3. Situation légale des entreprises

- Ne pas avoir d'antécédents de non-exécution de marchés au cours des trois (03) dernières années

- Etre en règle vis-à-vis de l'administration en fournissant les pièces administratives énumérées à la clause IC 11.1 des données particulières du dossier d'appel d'offres.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir les DPAO pour les informations détaillées.

07. Les soumissionnaires ont l'obligation de fournir une lettre d'engagement à respecter et mettre en œuvre les mesures de sauvegardes environnementales et sociales conformément au de l'acquisition, la livraison, l'installation des équipements, leur mise en marche, entretien et lors de la formation des bénéficiaires ou de tout mécanisme de transfert de compétences.

08. Les soumissionnaires sont également informés de l'obligation d'élaboration de leurs offres financières dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix de référence (mercuriale des prix), disponible sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances à l'adresse <https://finances.gouv.tg>. Dans le cas contraire, leurs offres financières seront redressées.

09. Le Dossier d'Appel à Concurrence (DAC) complet en français peut être obtenu par les candidats intéressés à l'adresse ci-dessous contre paiement en espèces d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA. Le DAC sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou

adressé à leurs frais par poste, voie aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement (messagerie) :

Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, (+228) 91 63 07 36 /91 75 32 45/90 54 62 58, tous les jours ouvrables aux heures indiquées au point 4 du présent avis.

Les documents de soumissions rédigés en Français, constitués d'un (1) Original et de deux (2) copies, en version physique (dure/papier), sous pli fermé, portant la mention « "DAON N° 04B/2023/UI/PRMP-CERME/IDA pour la Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME " », à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture publique des offres », devront être déposés à l'adresse sus indiquée au plus tard le jeudi, 17 août 2023 à 10 heures précises GMT.

NB2 : Les soumissions par voie électronique ne seront pas autorisées. Le canal de soumission recommandé est le dépôt physique « main à main ».

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront retournées à leurs auteurs sans être ouvertes aux frais de ces derniers.

10. Les soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous mentionnée :

Salle de réunion n° 2 de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 013, Tél. : (+228) 91 63 07 36/91 75 32 45/90 54 62 58, la même date : jeudi, 17 août 2023 à 10 heures 30 minutes GMT.

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission selon les lots d'un montant défini dans les conditions suivantes :

❖ Lot 1 : Huit cent mille (800 000) francs CFA et ;

❖ Lot 2 : Quatre millions (4 000 000) francs CFA.

NB3 : Les garanties délivrées par les institutions de micro finance ne seront pas acceptées et seront considérées non recevables ; ce qui entraînera la non recevabilité de l'offre.

12. Une réunion préparatoire des offres se tiendra au lieu, à l'adresse, à la date et à l'heure suivants : Salle de conseil de l'Ecole Polytechnique de Lomé (à l'étage du bâtiment principal), sise dans l'enceinte de l'Université de Lomé (Campus Sud), Tél. : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32 45/90 54 62 58, le vendredi, 28 juillet 2023 à 09 heures 00 minute GMT.

13. Tous les renseignements complémentaires concernant le présent avis d'appel d'offres national figurent dans le dossier d'appel à la concurrence.

14. Le délai de validité des offres est de cent vingt (120) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.


La Personne Responsable
des Marchés Publics
Mme Cicavi Akuavi SOSSOU

B

INFORMATIONS SERVICE

Togo - Presse N° 11613 du 30 Août 2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie



CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE (CERME)



Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Crédit IDA 6512-TG & Don IDA (Banque Mondiale)

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL AAON N° 04B/2023/UL/PRMP/CERME/IDA du 18 juillet 2023 Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME

1. Le présent Avis Appel d'Offres National (AAON) fait suite à l'Avis général de Passation des Marchés (AGPM) de l'Université de Lomé, paru dans le quotidien national d'information (Togo-Presse) N° 11491 du 28 février 2023.

2. Le gouvernement de la République togolaise a sollicité et obtenu de l'Association Internationale de Développement (IDA) du crédit N° 6512-TG aux fins de la mise en œuvre du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME) et a l'intention d'utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du marché : « **Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME** ».

3. L'Université de Lomé (UL), à travers le Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME), sollicite des documents de soumissions (cachetés) sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l'installation des équipements, matériels et accessoires (ainsi que des services connexes) de laboratoires au titre du marché sus décrit en deux (02) lots.

preuve (Etats financiers certifiés par des experts comptables ou comptables agréés) des années 2020, 2021 et 2022 ;
- justifier de facilités de crédit bancaire ou d'avoir liquide correspondant à au moins zéro virgule cinq (0,5) fois le montant de son offre proposée au titre du présent marché.

N.B.1 : Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l'impossibilité de fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2020, 2021 et 2022) exigés sont autorisées à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif distinct de l'attestation de capacité financière.

6.2. Capacité technique, expérience et personnel clé
- avoir exécuté au moins deux (02) marchés liés aux fournitures de nature et de complexité similaires (équipements de laboratoires) au cours des dix (10) dernières années dont un (01) au moins portant sur des équipements de laboratoires de recherche ou pédagogiques.
A cet effet, le soumissionnaire doit joindre à son offre la liste des marchés exécutés et copie de

en espèces d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA. Le DAC sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par poste, voie aérienne ou l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement (messagerie) : **Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : (+228) 91 63 07 36 / 91 75 32 45 / 90 54 62 58, tous les jours ouvrables aux heures indiquées au point 4 du présent avis.**

Les documents de soumissions rédigés en Français, constitués d'un (01) original et de deux (02) copies, en version physique (dure/papier), sous pli fermé, portant la mention « **DAON N° 04B/2023/UL/PRMP-CERME/IDA pour la Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME** », à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture publique des offres », devront être déposés à l'adresse sus indiquée.

La date limite de dépôts des plis, initialement prévue pour le **jeudi 17 août 2023 à 10 h 00 GMT**, est reportée à...

des services connexes) de laboratoires au titre du marché sus décrit en deux (02) lots :

- **Lot 1 : Fourniture et installation des équipements et matériels de Laboratoires et divers accessoires pour les matériaux CERME et ;**
- **Lot 2 : Fourniture et installation des équipements pédagogiques, de recherche, de prestations de service du génie électrique et divers accessoires inhérents au profit du CERME.**

Les variantes ne sont pas autorisées conformément à la clause IS 13.1 du DPAON.

Le délai d'exécution des prestations est de six (06) mois au maximum et court quinze (15) jours à compter de la réception par le Titulaire du marché de l'Ordre de Service de démarrer les prestations émises par l'Autorité Contractante.

4. La passation du marché sera conduite par un appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics en vigueur au Togo et suivant les Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d'investissement de la Banque Mondiale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance du Dossier d'Appel à Concurrence (DAC) à l'adresse mentionnée ci-après, entre 08 h 00 et 12 h 00 et 15 h 00 GMT et 17 h 00 GMT tous les jours ouvrables : Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : (+228) 91 63 07 36 / 91 75 32 45 / 90 54 62 58, E-mail : prmp_ul@univ-ul.tg et cerme_ul@univ-lome.tg / www.cerme-togo.org.

6. Les exigences en matière de qualifications sont, en dehors des conditions légales de l'entreprise/société, les critères minima de qualification suivants :

6.1. Capacité financière

- avoir une moyenne des chiffres d'affaires des années 2020, 2021 et 2022 supérieure ou égale à au moins 0,5 fois le montant de l'offre financière.
- Le soumissionnaire devra joindre à son offre toute

UNE LA NOTE, DES TRAVAUX EXECUTES ET COPIE DE toute preuve (attestations de bonne exécution ou procès-verbaux de réception) montrant qu'il a exécuté lesdits marchés ;

- disposer d'un Technicien de niveau minimum (BAC+2) en Génie électrique ou équivalent, disposant d'une expérience professionnelle d'au moins trois (03) ans en qualité de Technicien dans le domaine de l'électricité ou équivalent et ayant capitalisé au moins une (01) expérience (avec succès) en matière d'installation, de mise en marche, d'entretien et formation relative à l'acquisition et à la livraison des équipements de laboratoires (de nature et de complexité similaires) au cours des dix (10) dernières années.

6.3. Situation légale des entreprises

- Ne pas avoir d'antécédents de non-exécution de marchés au cours des trois (03) dernières années
- Etre en règle vis-à-vis de l'administration en fournissant les pièces administratives énumérées à la clause IC 11.1 des données particulières du dossier d'appel d'offres.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir les DPAO pour les informations détaillées.

7. Les soumissionnaires ont l'obligation de fournir une lettre d'engagement à respecter et mettre en œuvre les mesures de sauvegardes environnementales et sociales conformément au de l'acquisition, la livraison, l'installation des équipements, leur mise en marche, entretien et lors de la formation des bénéficiaires ou de tout mécanisme de transfert de compétences.

8. Les soumissionnaires sont également informés de l'obligation d'élaboration de leurs offres financières dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix de référence (mercuriale des prix), disponible sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances à l'adresse <https://finances.gouv.tg>. Dans le cas contraire, leurs offres financières seront redressées.

9. Le Dossier d'Appel à Concurrence (DAC) complet en français peut être obtenu par les candidats intéressés à l'adresse ci-dessous contre paiement

QUI, est reportée et maintenue au vendredi 06 septembre 2023 à l'heure et au lieu précédemment communiqués.

N.B.2 : Les soumissions par voie électronique ne seront pas autorisées. Le canal de soumission recommandé est le dépôt physique « main à main ». Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront retournées à leurs auteurs sans être ouvertes aux frais de ces derniers.

10. Les soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous mentionnée : Salle de réunion n° 2 de l'Université de Lomé, sise dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 013, Tél. : (+228) 91 63 07 36 / 91 75 32 45 / 90 54 62 58, à cette nouvelle date : vendredi 08 septembre 2023 à 10 heures 30 minutes GMT.

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission selon les lots d'un montant défini dans les conditions suivantes :

- ❖ **Lot 1 : Huit cent mille (800 000) francs CFA et ;**
- ❖ **Lot 2 : Quatre millions (4 000 000) francs CFA.**

N.B.3 : Les garanties délivrées par les institutions de micro finance ne seront pas acceptées et seront considérées non recevables ; ce qui entraînera la non recevabilité de l'offre.

12. Une réunion préparatoire des offres se tiendra au lieu, à l'adresse, à la date et à l'heure suivants : Salle de conseil de l'Ecole Polytechnique de Lomé (à l'étage du bâtiment principal), sise dans l'enceinte de l'Université de Lomé (Campus Sud), Tél. : (+228) 91 63 07 36 / 91 75 32 45 / 90 54 62 58, le vendredi, 28 juillet 2023 à 09 heures 00 minute GMT.

13. Tous les renseignements complémentaires concernant le présent avis d'appel d'offres national figurent dans le dossier d'appel à la concurrence.

14. Le délai de validité des offres est de cent-vingt (120) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mme Cicavi Akuavi SOSSOU



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL POUR LA MAITRISE
DE L'ELECTRICITE (CERME)



Autorité Contractante : Université de Lomé (UL)
Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME)
Pays (Emprunteur) : Togo
Source de financement : Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)
Don IDA 536IDA (Banque Mondiale)

Fourniture et installation de matériels et d'équipements de laboratoires au profit du CERME

Addendum et report de la date limite de dépôts des plis
DAON N° 04B/2023/UL-CERME/IDA

1. Suite à l'avis d'appel d'offres national (AAON) N° 04B/2023/UL-CERME/IDA paru dans le quotidien national d'information (Togo - Presse) N° 11583 du 18 juillet 2023, eu égard aux questions posées lors de la réunion préparatoire tenue le 28 juillet 2023 et aux demandes d'informations complémentaires introduites par un (01) candidat, il est porté à la connaissance de tous les candidats des éclaircissements qui ont entraîné la modification du DAC (addendum) dont la teneur est comme suit :

N° Ord.	Éléments ou items, aspects concernés	Précisions ou modifications
1.	Éléments ou items, aspects concernés	Précisions ou modifications
	Lot 1 : Fourniture et installation des équipements et matériels de laboratoires et divers accessoires pour les matériaux et l'électricité renouvelable au profit du CERME	
	Pour le booster CS2020B Current Booster combiné avec le CS350 (CS350M)	<p>Précisions apportées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Câbles : <ul style="list-style-type: none"> • un (01) câble d'alimentation du booster CS2020B ; • un (01) câble de connexion du booster CS2020B au potentiostat/galvanostat CS350M (câble de connexion série) ; • un (01) câble de connexion du booster CS2020B à la batterie (câble d'électrode spéciale) ; • deux (02) câbles de connexion d'électrodes. ❖ Logiciels : ne sont plus applicables ❖ Accessoires : <ul style="list-style-type: none"> • une (01) cellule électrochimique 4-port de 250 ml avec le pont de sel et tuyau d'entrée/sortie de gaz • cinq (05) bouchons de caoutchouc pour assurer l'étanchéité et stabiliser les différentes électrodes à introduire dans la cellule électrochimique • une (01) électrode de référence ; électrode au calomel saturé • une (01) électrode de complotage ; électrode de conductivité platine

		<ul style="list-style-type: none"> • une (01) électrode de travail : électrode de travail en métal compatible à la cellule électrochimique • une (01) pince à électrode pour des échantillons fins (1mm) jusqu'aux échantillons épais (2 mm)
	Lot 2 : Fourniture et installation des équipements service du génie électrique et divers accessoires	<p>Le poids de l'adaptateur de mesure de terre des pylônes est de 3,2 kg. Toutefois cette précision n'est pas contraignante.</p> <p>La presse manuelle hydraulique 15 tonnes ne fait partie que du lot 1. Elle ne fait pas partie du lot 2. C'est un doublon qu'il faut supprimer.</p> <p>Les chaises font partie effectivement de l'item 12 du lot 2. Leur nombre ou quantité est : 10</p> <p>L'analyseur de qualité et d'énergie du réseau triphasé fait partie du Lot 2, pas du lot 1. Il est acquis en un seul exemplaire.</p> <p>L'ULCERME accèterait des modèles de remplacement à condition qu'ils disposent des mêmes caractéristiques et des performances supérieures ou égales à celles des modèles souhaités dans le DAC.</p> <p>Aucune variante ne sera tolérée.</p>
2.	Item 2 : Ohmmètre de terre et résistance	
3.	Item 9 : Presse manuelle hydraulique 15 tonnes	
4.	Item 12 : Armoire métallique haute à portes battantes à 5 niveaux de rangement	
5.	Item 13 : Analyseur de qualité et d'énergie du réseau triphasé	
6.	Sur les modèles des équipements	

2. Les candidats sont vivement encouragés de passer au service de la commande publique de l'Université de Lomé (enceinte du Lycée de Tokoin 1) et au secrétariat du CERME (Immeuble CERSA, sis dans l'enceinte de l'Université de Lomé - Campus Sud) pour le retrait des modifications apportées au DAC.

3. Par ailleurs, il est rappelé aux candidats que la date limite de dépôts des plis, initialement prévue pour le jeudi, 17 août 2023, est reportée au vendredi 08 septembre 2023 à 10 heures et au lieu précédemment communiqué.

4. Les offres seront ouvertes le même jour à 10 heures 30 minutes dans la Salle de réunion n°2 de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 013.

5. Les autres informations du DAC restent et demeurent inchangées.

6. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au « Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : (+228) 91 63 07 36 / 9175 32 45 / 90 54 62 58, e-mail : prmp_ul@univ-lome.tg / cerme_ul@univ-lome.tg ».

Lomé, le 8 août 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mme Cicavi Akuavi SOSSOU



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL POUR LA MAITRISE
DE L'ELECTRICITE (CERME)



Autorité Contractante : Université de Lomé (UL)
Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Pays (Emprunteur) : Togo
Source de financement : Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)
Don IDA 536 IDA (Banque Mondiale)

Lomé, 15 septembre 2023

**Fourniture et installation de matériels et d'équipements
de laboratoires au profit du CERME**

**AVIS DE REPORT DE LA DATE LIMITE DE DEPOTS
ET D'OUVERTURE DES PLIS**

Suite à l'avis d'Appel d'Offres National (AON) N° 04B/2023/UL-CERME/IDA paru dans le quotidien national d'information (Togo - Presse) N° 11583 du 18 juillet 2023 en vue de la « **Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME** », et dans le souci de prendre en compte quelques nouveaux éléments issus des éclaircissements sur certains points après des demandes d'informations complémentaires et pour une meilleure qualité des documents de soumission, il est porté à la connaissance de tous les candidats que la date limite de dépôts des plis, initialement prévue pour le jeudi, 17 août 2023 puis reportée au vendredi, 08 septembre 2023, est à nouveau reportée à une date ultérieure.

Un addendum et un communiqué précisant des modifications apportées au Dossier d'Appel à la Concurrence (DAC) et la nouvelle date limite de dépôts et d'ouverture des plis vous seront notifiés incessamment.

La Personne Responsable des Marchés Publics
Mme Cicavi Akuavi SOSSOU

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL POUR LA MAITRISE
DE L'ELECTRICITE (CERME)



Autorité Contractante : Université de Lomé (UL)

Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME)

Avs (Emprunteur) : Togo

Source de financement : Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)

Don IDA 536 IDA (Banque Mondiale)

Fourniture et installation de matériels et d'équipements de laboratoires au profit du CERME

Addendum et nouvelle date limite de dépôts des plis

DAON DRP N° 04B/2023/UL-CERME/IDA

1. Suite à l'Avis de Demande de Renseignement de Prix (ADRP) N° 04B/2023/UL-CERME/IDA paru dans le quotidien national d'information (Togo - Presse) N° 11583 du 18 juillet 2023, eu égard aux questions posées lors de la réunion préparatoire tenue le 28 juillet 2023, aux demandes d'informations complémentaires et à la notification de difficultés rencontrées dans l'obtention des prix auprès des fabricants introduites par certains candidats et dans le souci d'ouvrir les spécifications techniques à plusieurs fabricants, il est porté à la connaissance de tous les candidats que l'ensemble des items du Lot 2 : « Fourniture et installation des équipements pédagogiques, de recherche, de prestations de service du génie électrique et divers accessoires inhérents au profit du CERME » ont connu des modifications par endroit entraînant ainsi la modification du DAC. D'où l'addendum.

2. Etant donné que les modifications portent sur plusieurs pages dont la parution dans Togo - presse poserait un problème d'espace et engendrait beaucoup de coûts, les candidats sont vivement encouragés de passer au Service de la commande publique de l'Université de Lomé (enceinte du Lycée de Tokoin 1) et au secrétariat du CERME (Immeuble CERSA, sis dans l'enceinte de l'Université de Lomé - Campus Sud) pour le retrait du document complet des modifications apportées au DAC. Bien que des dispositions soient envisagées pour faire parvenir, par voie électronique, à tous les candidats ayant déjà acheté le DAC, l'addendum, la version physique fait foi.

3. En outre, il est rappelé à tous que suite à la demande de certains candidats, des précisions suivantes ont été fournies selon les lots, objet de concurrence comme suit :

N° Ord.	Éléments ou items, aspects concernés	Précisions ou modifications
1.	<p>Lot 1 : Fourniture et installation des équipements et matériels de Laboratoires et divers accessoires pour les matériaux et l'électricité renouvelable au profit du CERME</p> <p>Précisions apportées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Câbles : <ul style="list-style-type: none"> • un (01) câble d'alimentation du booster CS2020B ; • un (01) câble de connexion du booster CS2020B au potentiost/galvanostat CS350M (câble de connexion série) ; • un (01) câble de connexion du booster CS2020B à la batterie (câble d'électrode spéciale) ; • deux (02) câbles de connexion d'électrodes. <p>Pour le booster CS2020B Current Booster combiné avec le CS350 (CS350M)</p>	<p>Précisions apportées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Câbles : <ul style="list-style-type: none"> • un (01) câble d'alimentation du booster CS2020B ; • un (01) câble de connexion du booster CS2020B au potentiost/galvanostat CS350M (câble de connexion série) ; • un (01) câble de connexion du booster CS2020B à la batterie (câble d'électrode spéciale) ; • deux (02) câbles de connexion d'électrodes.

Logiciels : ne sont plus applicables	Accessoires :
<ul style="list-style-type: none"> • une (01) cellule électrochimique 4-por. de 250 ml avec le pont de sel et tuyau d'entrée/sortie de gaz • cinq (05) bouchons de caoutchouc pour assurer l'étanchéité et stabiliser les différentes électrodes à introduire dans la cellule électrochimique • une (01) électrode de référence : électrode au calomel saturé • une (01) électrode de comptage : électrode de conductivité platine • une (01) électrode de travail : électrode de travail en métal compatible à la cellule électrochimique • une (01) pince à électrode pour des échantillons fins (1mm) jusqu'aux échantillons épais (2 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • une (01) électrode de comptage : électrode de conductivité platine • une (01) électrode de travail : électrode de travail en métal compatible à la cellule électrochimique • une (01) pince à électrode pour des échantillons fins (1mm) jusqu'aux échantillons épais (2 mm)
Lot N° 2 : Fourniture et installation des équipements pédagogiques, de recherche de prestations de service du génie électrique et divers accessoires	
2. Item 2 : Ohmmètre de terre et résistance	Le poids de l'adaptateur de mesure de terre des pylônes est de 3,2 kg. Toutefois cette précision n'est pas contraignante.
3. Item 9 : Presse manuelle hydraulique 15 tonnes »	La presse manuelle hydraulique 15 tonnes ne fait partie que du lot 1. Elle ne fait pas partie du lot2. C'est un doublon qu'il faut supprimer.
4. Item 12 : Armoire métallique haute à portes battantes à 5 niveaux de rangement »	Les chaises font partie effectivement de l'item 12 du lot 2. Leur nombre ou quantité est : 10
5. Item 13 : Analyseur de qualité et d'énergie du réseau triphasé »	L'analyseur de qualité et d'énergie du réseau triphasé fait partie du Lot 2, pas du lot1. Il est acquis en un seul exemplaire.
6. sur les modèles des équipements	L'UL/CERME accepterait des modèles de remplacement à condition qu'ils disposent des mêmes caractéristiques et des performances supérieures ou égales à celles des modèles souhaités dans le DAC. Aucune variante ne sera tolérée.

NB/Pour la qualité des offres, les candidats sont invités au Service de la commande publique de l'Université de Lomé (enceinte du Lycée de Tokoin 1) et au secrétariat du CERME (Immeuble CERSA, sis dans l'enceinte de l'Université de Lomé - Campus Sud) pour le retrait de la version physique des modifications apportées au DAC contre une décharge.

4. Par ailleurs, il est rappelé aux candidats que la date limite de dépôt de plis, initialement prévue pour le jeudi, 17 août 2023, reportée respectivement au vendredi, 08 septembre 2023 et à une date ultérieure, est fixée et maintenue sur le jeudi, 09 novembre 2023 à 15 heures et au lieu précédemment communiqué.

5. Les offres seront ouvertes le même jour, le jeudi, 09 novembre 2023 à 15 heures 30 minutes dans la Salle de réunion n° 2 de l'Université de Lomé, sise dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 013.

6. Les autres informations du DAC restent et demeurent inchangées.

7. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au « Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : (+228) 91 63 07 36/ 91 75 32 45/90 54 62 58, e-mail : prmp_ul@univ-lome.tg /cerme_ul@univ-lome.tg ».

Lomé, le 26 Octobre 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics,

Mme Cicavi Akuatavi SOSSOU